

Gorzyce, dnia 12.12.2013r.

Przedmiotem zamówienia łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie pilotem wykonane z metalu obudowanego drewnem lub jego imitacją w kolorze jasnego drewna z możliwością zmiany ułożenia wysokości:

- całego leża
- zagłówka
- elektryczna regulacja części leża na wys. podudzi
- z wysięgnikiem i barierkami na wyposażeniu
- wyposażonego w kółka jezdne z hamulcami
- z siłownikami ukrytymi pod obudową drewnianą łóżka
- z możliwością ułożenia w pozycji anty
- możliwością blokowania funkcji pilota
- z możliwością szybkiego demontażu siłowników dla szybkiego pozycjonowania łóżka
- wyposażonego w transformator 230/24 V

Łóżka muszą być nowe i nieużywane.

Ilość: 10 szt.

Oferty należy nadsyłać do 18.12.2013 do godziny 15.00

Osoba do kontaktu: Kwiaton Bronisław tel. 32 4511232 w. 307 w godz. 7- 15.