

Gorzyce, dnia 03.12.2014r.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę: łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie pilotem; z możliwością blokowania poszczególnych funkcji pilota; wykonanych z metalu obudowanych drewnem lub jego imitacją w kolorze jasnego drewna; z możliwością opuszczania barierki poniżej ramy leża; wyposażone w wysięgnik z uchwytem do podciągania; leże o wymiarach 200x90, dzielone na cztery segmenty i regulowane niezależnie; na kółkach jezdnych wyposażonych w hamulce na każdym kółku; transport i montaż w cenie łóżek; trzyletnia gwarancja; ilość - 10 szt.

Do oferty należy dołączyć podstawowe dane techniczne, informację o zastosowanych siłownikach. Łóżka muszą spełniać wszystkie wymagane normy i wymagania stawiane dla wyrobów medycznych. Łóżka muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać oznaczenie CE.