

Gorzyce, dnia 07.12.2015r.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie pilotem; z możliwością blokowania poszczególnych funkcji pilota; wykonanych z metalu obudowanych drewnem lub jego imitacją w kolorze jasnego drewna; z możliwością opuszczania barierki poniżej ramy leża; wyposażone w wysięgnik z uchwytem do podciągania, leże o wymiarach 200x90, dzielone na 4 segmenty i regulowane niezależnie; na kółkach jezdnych wyposażonych w hamulce na każdym kółku; zasilane prądem 240V dostawa i montaż w cenie łóżek. Łóżka mają być fabrycznie nowe z trzyletnią gwarancją.

## **Ilość 5 sztuk.**

Planowany termin zakupu i dostawy do 29 grudnia 2015

Do oferty należy dołączyć podstawowe dane techniczne, fotografię lub kopię fotografii, informację o zastosowanych siłownikach. Łóżka muszą spełniać wszystkie wymagane normy i wymagania stawiane dla wyrobów medycznych. Łóżka muszą spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać oznaczenia CE

Oferty należy składać do dnia 11.12.2015r. na adres e-mail: [dps@gorzyce.pl](mailto:dps@gorzyce.pl)

Osoba do kontaktu: Bronisław Kwiaton, Tel 32-4511225 wew. 307, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.