

Gorzyce, dnia 11.10.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty handlowej na dostawę bezdotykowego skanera żył do wyświetlania na powierzchni skóry.

Urządzenie musi spełniać minimalne wymagania w/g poniższej specyfikacji:

- głębokość skanowania nie mniej niż 8 mm
- zestaw zasilany akumulatorami do wielokrotnego ładowania z ładowarką w komplecie
- zestaw powinien być wyposażony w statyw mobilny na kółkach z ruchomym ramieniem
- opcjonalnie możliwość użycia skanera bez statywu
- konstrukcja statywu na kółkach z możliwością łatwego transportu
- urządzenie musi być nowe na gwarancji
- w cenie zestawu dostawa urządzenia wraz szkoleniem obsługi
- przedstawiona oferta powinna zawierać cenę brutto i netto oraz stawkę VAT
- Ważność oferty do dnia 31.12.2017 roku

Oferty w formie elektronicznej załączonym zdjęciem produktu należy składać do godziny 15.00 dnia 20 października 2017 na adres: dps@gorzyce.pl